Analysis Report


<Sample Information>

Sample Name : E11003
Instrument : SHIMADZU LC-20AT
Column : Inertsil ODS-3 column (5 μm, 4.6×250 mm)
Column Temp. : 35°C
Mobile phase flow : 1.0 ml/min
Injection Volume : 5 uL
Detection Wave. : UV-210nm
Con. & Solvent : 0.1mg/ml (Methanol)

<Analysis condition>

5%→100% Acetonitrile in 0.05% Phosphoric acid H2O
over 10.0 min followed by 100% Acetonitrile to 13.0 min

<Chromatogram>



<Peak Table>

PDA Ch1 210nm

Peak#	Ret. Time	Area	Height	Conc.	Unit	Area%
1	10.455	329515	23757	0.000		98.308
2	11.046	5670	940	0.000		1.692
		335185	24697			100.000