北京沃凯生物科技有限公司
全国免费电话:400-819-385
www. bjoka- vip. com
Tel:010-62971590. Fax:62340519
M-ail:postmaster@oka-vip.com

人工胃液 (ChP)

产品简介:

人工胃液 (Chp) 其英文表述为 Simulated Gastric Fluid ，是模拟胃液的组分和 pH 值的一种溶液，采用中国药典表述，人工胃液 (hP) 主要由稀酸、胃蛋白酶等组成，未经无菌处理，可用于胶囊剂、肠溶片、滴丸剂等检测，尤其适用于以明胶为基质的软胶和滴丸的检测。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

编号 / 名称	GCCZ0212	Storage
人工胃液 (ChP)	500ml	-20℃
使用说明书	1 份	

操作步骤(仅供参考):

1 、如果是检测胶囊剂、肠溶片、滴丸剂等，一般采用升降式崩解仪，主要由金属支架、带有挡板的吊篮组成。

2 、将待测的胶囊剂、肠溶片、滴丸剂 6 粒或片浸于人工胃液中， 1 小时内完全崩解，如有 1 粒或片不能完全崩解，应另取 6 粒或片复试，均应符合要求。

3 、如果进行其他实验，应根据具体实验要求操作。

注意事项:

1 、人工胃液 (ChP) 为非无菌溶液，如有无菌要求，应注意 0.22μm 过滤除菌操作。

2 、人工胃液 (ChP) 避免反复冻融，以免效率下降。

3 、试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。

4 、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月有效；低温运输， -20℃ 保存。

相关产品:

产品编号	产品名称
GCCS0001	ACK 红细胞裂解液 (ACK Lysis Buffer)
GCDM0007	瑞氏 - 姬姆萨复合染色液
GCPW0053	Western 抗体洗脱液 (碱性)
GCTO1013	丙二醛 (MDA) 检测试剂盒 (TBA 比色法)