北京沃凯生物科技有限公司
全国免费电话:400-819-385
www. bjoka- vip. com
Tel:010-62971590. Fax:62340519
M-ail:postmaster@oka-vip.com

# 标准蛋白质溶液 (BSA,100mg/ml)

## 产品简介:

标准蛋白质溶液 (BSA,100mg/ml) 是用于 BCA 法蛋白定量试剂盒和 Bradford 法蛋白定量试剂盒的试剂，亦可作为其它方法进行蛋白浓度测定时的蛋白标准。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

## 产品组成:

| 编号 / 名称 | GCOR0119 | Storage |
|---|---|---|
| 标准蛋白质溶液 (BSA,100mg/ml) | 1ml | -20℃ |
| 使用说明书 | 1 份 | |

## 操作步骤( 仅供参考 )

1 、按实验具体要求操作。

2 、一般应做多个稀释度，以便做出标准曲线。

## 注意事项:

1 、避免反复冻融，以免失效或效率下降。

2 、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期:** 12 个月有效。低温运输， -20℃ 保存。

## 相关产品:

| 产品编号 | 产品名称 |
|---|---|
| GCCC0005 | 磷酸缓冲盐溶液 (1×PBS, 无钙镁 ) |
| GCOR0002 | pH 标准缓冲溶液 (pH=6.86) |
| GCOR0015 | 标准蛋白质溶液 (BSA,5mg/ml) |
| GCPE0018 | SDS-PAGE 凝胶配制试剂盒 |
| GCPE0080 | Tris-HCl 缓冲液 (1mol/L,pH6.8) |
| GCPS0013 | RIPA 裂解液 ( 强 ) |
| GCPT0001 | BCA 蛋白定量试剂盒 |
| GCNR0001 | DEPC 处理水 (0.1%) |
| GCPW0053 | Western 抗体洗脱液 ( 碱性 ) |
| GCTC0713 | 葡萄糖检测试剂盒 (GOD-POD 比色法 ) |