北京沃凯生物科技有限公司
全国免费电话:400-819-385
www. bjoka- vip. com
Tel:010-62971590. Fax:62340519
M-ail:postmaster@oka-vip.com

pH 计电极保护液

产品简介:

pH 计电极经过长期酸碱腐蚀或保存于不恰当的溶液中，容易产生老化现象，pH 计电极保护液可以很好的保护 pH 计电极。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

编号 / 名称	GCR00130	GCR00130	GCR00130	Storage
pH 计电极保护液	50ml	100ml	500ml	RT
使用说明书	1 份			

操作步骤(仅供参考):

1 、按实验具体要求操作。

2 、一般用超纯水彻底清洗电极后，浸泡于 pH 计电极保护液。

3 、使用电极时，应先用超纯水彻底清洗电极，再进行 pH 的测量。

注意事项:

1 、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

2 、试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。

有效期: 36 个月有效。

相关产品:

产品编号	产品名称
GCCC0005	磷酸缓冲盐溶液 (1×PBS, 无钙镁)
GCDC0032	Masson 三色染色液
GCIH0143	PBS 磷酸盐缓冲液 (0.1mol/L,pH7.2-7.4)
GCPE0080	Tris-HCl 缓冲液 (1mol/L,pH6.8)
GCPW0040	Western blot 一抗稀释液
GCTC0713	葡萄糖检测试剂盒 (GOD-POD 比色法)