



北京沃凯生物科技有限公司
全国免费电话:400-819-385
www.bjoka-vip.com

Tel:010-62971590. Fax:62340519
M-ail:postmaster@oka-vip.com

Certificate of analysis

品名	乙二胺封端的聚乙烯亚胺	CAS	25987-06-8
货号	A19449	批次	OK20240725G
生产日期	2024-07-25	复测日期	2026-07-24
执行标准:企业标准			
分析项目 SPECIFICATION PROPERTIES	技术指标 STANDARD	实测结果 RESULTS	
外观 Appearance	无色至淡黄色粘稠液体 Colorless to Pale Yellow Viscous Liquid	符合 Conform	
卡尔费休滴定 WATER (BY KARL FISCHER)	2% max	符合 Conform	
粘度 VISCOSITY	800cps -- 5000cps	符合 Conform	
再断裂指数 (N20/D) REFRACTURE INDEX (N20/D)	1.521 -- 1.527	符合 Conform	
红外光谱 INFRARED SPECTRUM	与结构一致 Consistent with the structure	符合 Conform	

注：此产品仅限用于科研，禁止直接用于临床，如有失误，后果自负。

QA: 杜冰冰

QC: 谢辉



地址：北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 B 座 327 室. 邮编:100080