



北京沃凯生物科技有限公司
全国免费电话:400-819-385
www.bjoka-vip.com

Tel:010-62971590. Fax:62340519
M-ail:postmaster@oka-vip.com

Certificate of analysis

品名	2-碘乙酰胺 2-Iodoacetamide	CAS	144-48-9
货号	D16141	批次	OK20241015G
生产日期	2024-10-15	复测日期	2026-10-14

执行标准:企业标准

分析项目 SPECIFICATION PROPERTIES	技术指标 STANDARD	实测结果 RESULTS
HPLC	97%min	符合 Conform
	立柱: ZORBAX SB-C18, 4.6*150mm, 0.5微米 Column:ZORBAX SB-C18, 4.6*150mm, 0.5um	
	流动相: 甲醇 The mobile phase was methanol	
	流速=1ml/min Flow rate = 1 ml / min	
	探测器: 紫外线 Detector: ultraviolet	
	波长: 220nm Wavelength: 220nm	
	产品对光和水份敏感, 可能导致 过敏性皮肤反应 The product is sensitive to light and water and may cause allergic skin reaction	

注: 此产品仅限用于科研, 禁止直接用于临床, 如有失误, 后果自负。

QA: 杜冰冰

QC: 谢辉



地址: 北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 B 座 327 室. 邮编:100080