北京沃凯生物科技有限公司
全国免费电话:400-819-385
www.bjoka-vip.com
Tel:010-62971590. Fax:62340519
M-ail:postmaster@oka-vip.com

Certificate of analysis

品名	乳酸脱氢酶(LDH)细胞毒性检测试剂盒	规格	500T
货号	GCCT0027	批次	OK20240407V
生产日期	2024-04-07	复测日期	2026-04-15

执行标准:企业标准

分析项目 SPECIFICATION PROPERTIES		技术指标 STANDARD	实测结果 RESULTS
试剂(A):LDH Assay buffer	颜色 Color	无色 Colorless	合格 Up to standard
	性状 character	透明液体 Transparent liquid	合格 Up to standard
	气味 smell	无味 tasteless	合格 Up to standard
	密度(20±1℃) Density (20±1℃)	1.00~1.05(g/ml)	合格 Up to standard
	pH值(25±1℃) pH value (25±1℃)	8.2~9.2	合格 Up to standard
	沉渣 sediment	无沉渣 No sediment	合格 Up to standard
试剂(B):NAD溶液	颜色 colour	无色 colourless	合格 Up to standard
	性状 character	透明液体 Transparent liquid	合格 Up to standard
	气味 smell	无味 tasteless	合格 Up to standard
	密度(20±1℃) Density (20±1℃)	1.00~1.05(g/ml)	合格 Up to standard
	pH值(25±1℃)	2.8~3.8	合格 Up to standard
	沉渣 sediment	无沉渣 No sediment	合格 Up to standard

试剂(C):苯肼显色液	颜色 colour	黄色 yellow	合格 Up to standard
	性状 character	透明液体 Transparent liquid	合格 Up to standard
	气味 smell	无味 tasteless	合格 Up to standard
	密度(20±1℃) Density (20±1℃)	0.99~1.05(g/ml)	合格 Up to standard
	pH值(25±1℃)	0.0~0.5	合格 Up to standard
	沉渣 sediment	无沉渣 No sediment	合格 Up to standard
试剂(D):碱性显色液	外观 appearance	无色 colourless	合格 Up to standard
	气味 smell	味 taste	合格 Up to standard
	密度(20±1℃) Density (20±1℃)	1.00~1.05(g/ml)	合格 Up to standard
	pH值(25±1℃) pH value (25±1℃)	6.8~7.8	合格 Up to standard
试剂(E):LDH释放剂(10×)	颜色 colour	无色 colourless	合格 Up to standard
	性状 character	透明液体 Transparent liquid	合格 Up to standard
	气味 smell	酒精性气味 Alcoholic odor	合格 Up to standard
	密度(20±1℃) Density (20±1℃)	0.99~1.04(g/ml)	合格 Up to standard
	沉渣 sediment	无沉渣 No sediment	合格 Up to standard
	其他 other	振荡有气泡 Oscillating bubble	合格 Up to standard

注：此产品仅限用于科研，禁止直接用于临床，如有失误，后果自负。

QA：杜冰冰　　QC：谢辉

地址：　北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料发展大厦 B 座 327 室.　邮编:100080