



北京沃凯生物科技有限公司
全国免费电话:400-819-385
www.bjoka-vip.com

Tel:010-62971590. Fax:62340519
M-mail:postmaster@oka-vip.com

Certificate of analysis

| 品名 | 透析袋 | 规格 | MD25-14000 |
|-------------------------------------|--|-----------------|-------------|
| 货号 | JKA30056 | 批次 | OK20250726L |
| 生产日期 | 2025-07-26 | 复测日期 | 2027-07-25 |
| 执行标准:企业标准 | | | |
| 分析项目 SPECIFICATION PROPERTIES | 技术指标 STANDARD | 实测结果 RESULTS | |
| 外观 Appearance | 洁净, 无污染, 无破损, 无异物 Clean, pollution-free, undamaged, and free of foreign objects | 通过 Pass | |
| 膜材质 Membrane material | 再生纤维素 regenerated cellulose | 通过 Pass | |
| 扁平宽度 Flat width | 25mm | 通过 Pass | |
| 厚度 thickness | 20 μ m | 通过 Pass | |
| 重金属含量 heavy metal content | \leq 50ppm | 通过 Pass | |

注: 此产品仅限用于科研, 禁止直接用于临床, 如有失误, 后果自负。

QA: 杜冰冰

QC: 谢辉



地址: 北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 B 座 327 室. 邮编:100080