北京沃凯生物科技有限公司
全国免费电话:400-819-385
www.bjoka-vip.com
Tel:010-62971590. Fax:62340519
M-ail:postmaster@oka-vip.com

# Certificate of analysis

| 品名 | 纤维素透析袋<br>Cellulose dialysis tubing | 分类 | 耗材 |
|---|---|---|---|
| 货号 | JKA30058 | 批次 | OK20260929K |
| 生产日期 | 2026-09-29 | 复测日期 | 2028-09-28 |

执行标准:企业标准

| 分析项目<br>SPECIFICATION<br>PROPERTIES | 技术指标<br>STANDARD | 实测结果<br>RESULTS |
|---|---|---|
| 材质<br>Material | 再生纤维素<br>Regenerated cellulose | 符合<br>Conform |
| MWCO (D) | 14000 | 符合<br>Conform |
| 规格 (M)<br>Specification (M) | 152 | 符合<br>Conform |
| 平折宽度 (mm)<br>Folded width (mm) | 44 ± 1 | 符合<br>Conform |
| 厚度 (um)<br>Thickness (um) | 20-30 | 符合<br>Conform |
| 甘油含量 (%)<br>Glycerol content (%) | 15 | 符合<br>Conform |
| 硫含量 (%)<br>Sulfur content (%) | <0.015 | 符合<br>Conform |
| 重金属含量 (ppm)<br>Heavy metal content (ppm) | 无<br>None | 无<br>None |
| 截留率 (%)<br>Rejection rate (%) | 60 ± 2 | 符合<br>Conform |

**注：此产品仅限用于科研和生产，禁止直接用于临床，如有失误，后果自负。**

QA：杜冰冰　　QC: 谢辉

北京沃凯生物科技有限公司 质检专用章

地址：北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 B 座 327 室. 邮编:100080