



北京沃凯生物科技有限公司  
全国免费电话:400-819-385  
www.bjoka-vip.com

Tel:010-62971590. Fax:62340519  
M-ail:postmaster@oka-vip.com

## Certificate of analysis

|      |            |      |             |
|------|------------|------|-------------|
| 品名   | 透析袋        | 规格   | MD77-14000  |
| 货号   | JKA30060   | 批次   | OK20250718E |
| 生产日期 | 2025-07-18 | 复测日期 | 2027-07-17  |

执行标准:企业标准

| 分析项目<br>SPECIFICATION<br>PROPERTIES | 技术指标<br>STANDARD                                                                         | 实测结果<br>RESULTS |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 外观<br>Appearance                    | 洁净, 无污染, 无破损, 无异物<br>Clean, pollution-free,<br>undamaged, and free of<br>foreign objects | 通过<br>Pass      |
| 膜材质<br>Membrane material            | 再生纤维素<br>regenerated cellulose                                                           | 通过<br>Pass      |
| 扁平宽度<br>Flat width                  | 77mm                                                                                     | 通过<br>Pass      |
| 厚度<br>thickness                     | 35 $\mu$ m                                                                               | 通过<br>Pass      |
| 重金属含量<br>heavy metal content        | $\leq$ 50ppm                                                                             | 通过<br>Pass      |

注: 此产品仅限用于科研, 禁止直接用于临床, 如有失误, 后果自负。

QA: 杜冰冰

QC: 谢辉



地址: 北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 B 座 327 室. 邮编:100080